



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
INDESALUD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

SOLICITUD DE COMPRA		1/2	SC-092	
CLAVE	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	CANTIDAD	PRESENTACION
531.341.2552	<p>NOMBRE GENÉRICO CSG: UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCÓPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C"</p> <p>DEFINICIÓN: Equipo móvil de radiología con fluoroscopia para diagnóstico con sustracción digital en tiempo real, que utiliza un brazo en C y aplica técnicas analógicas o de conversión analógica a digital para la captura, presentación y manipulación de imágenes para diversas aplicaciones como la evaluación visual y cuantitativa de la anatomía y funcionamiento de diversas zonas seleccionadas.</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>1.- Generador de rayos X de alta frecuencia: 1.1.- Potencia de 3 kW. o mayor. 1.2.- kV. de 40 o menor a 110. 1.3.- Corriente en fluoroscopia pulsada o continua de 7 mA. o mayor. 1.4.- Corriente de máxima del tubo de 20 mA. o mayor.</p> <p>2.- Tubo de rayos X: 2.1.- Dos puntos focales, uno de 0.6 mm. o menor y el otro de 1.4 mm. o menor. 2.2.- Capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 45 KHU o mayor. 2.3.- Ánodo fijo</p> <p>3.- Arco en C: 3.1.- "SID" de 100 cm. o mayor. Distancia entre foco e imagen (Source Image Distance). 3.2.- Rotación de +-180 grados o mayor. 3.3.- Recorrido horizontal. 3.4.- Recorrido vertical. 3.5.- Movimiento panorámico o lateral.</p> <p>4.- Cadena de imagen digital o cámara de video o CCD de al menos 1k x 1k o mayor, a 12 bits o mayor. 5.- Diámetro del intensificador de imagen de 9" o mayor de 3 campos como mínimo.</p> <p>6.- Adquisición o almacenamiento de 5 imágenes o frames/segundo o mayor.</p> <p>7.- Con capacidad de almacenamiento de al menos 2,000 imágenes o 100 Gb o mayor.</p>	PHILIPS	1	EQUIPO
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE- SEGURO POPULAR				
NOMBRE DEL AREA SOLICITANTE:		CLAVE PROGRAMATICA	PARA APLICARSE EN:	
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		LICITACION PUBLICA LP-037-2017	HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES "DR. JAVIER BUENFIL OSORIO"	
PROVEEDOR SUGERIDO:		MONTO ESTIMADO:	FECHA DE SOLICITUD:	
INDUSTRIA ELECTRONICA MEDICA, S.A. DE C.V.		12-dic-17	



SOLICITUD DE COMPRA		2/2	SC-092	
CLAVE	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	CANTIDAD	PRESENTACION
	<p>9.- DICOM Print y DICOM Send o Store al menos. 10.- Con unidad de grabación CD-R o DVD en formato DICOM. 11.- Consola de control móvil: 11.1.- Dos monitores de 18" o mayor con resolución de 1k x 1k, plegables y de altura variable 11.2.- Teclado alfa numérico de control de procesos. ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. 1. Control remoto para seleccionar zoom, recuperar imágenes y modo de fluoroscopia CONSUMIBLES: No aplica. REFACCIONES: No aplica. INSTALACIÓN: De acuerdo a la unidad médica adquirente. OPERACIÓN: Por personal calificado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo Correctivo por personal calificado por un año. CAPACITACIÓN: A personal usuario de todos los turnos en dos fechas, para la puesta en marcha y una de refuerzo. GARANTÍA: Por un año NORMAS Y/O CERTIFICADOS: 1. ISO 9001-2000 y/o ISO 13485. 2. FDA o Health Canadá o CE o JIS para producto origen extranjero</p>			
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE- SEGURO POPULAR				
NOMBRE DEL AREA SOLICITANTE:		CLAVE PROGRAMATICA	PARA APLICARSE EN:	
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		LICITACION PUBLICA LP-037-2017	HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES "DR. JAVIER BUENFIL OSORIO"	
PROVEEDOR SUGERIDO:		MONTO ESTIMADO:	FECHA DE SOLICITUD:	
INDUSTRIA ELECTRONICA MEDICA, S.A. DE C.V.		\$2,899,018.79	12-dic-17	

SOLICITA

C.P. JOSE ANGEL COHUO CUEVAS

SUBDIRECTOR DE REC. MATERIALES Y SERV. GRALES.

AUTORIZA

DR. FRANCISCO DANIEL BARREDA PUGA

DIRECTOR GENERAL DEL REPSS EN CAMPECHE